



AVALIAÇÃO

Teste Rápido Covid-19 15 minutos Nutriex

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:

Nome Comercial:

Tipo de Tecnologia:

Imunocromatográfico anticorpos

Amostra:

Fabricante:

Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.

País de Origem:

Sensibilidade:

N/I

Especificidade:

N/I

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

Acurácia:

N/I

Bula do Teste:

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:

Soro

Quantidade de Amostras Analisadas:

N/I

Sensibilidade:

IgG = 100,0% (de 7 a 14 dias)
 IgG = 90,91% (de 15 a 21 dias)
 IgG = 100,0% (> 21 dias)
 IgG = 96,49% (Todos os dias)
 IgM = 90,0% (de 7 a 14 dias)
 IgM = 81,82% (de 15 a 21 dias)
 IgM = 76,92% (> 21 dias)
 IgM = 84,22% (Todos os dias)

Especificidade:

IgG = 100,0% (de 7 a 14 dias)
 IgG = 100,0% (de 15 a 21 dias)
 IgG = 100,0% (> 21 dias)
 IgG = 86,36% (Todos os dias)
 IgM = 66,67% (de 7 a 14 dias)
 IgM = 66,67% (de 15 a 21 dias)
 IgM = 75,0% (> 21 dias)
 IgM = 50,0% (Todos os dias)

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

AVALIAÇÃO LABORATORIAL	
Acurácia:	N/I
Razão de verossimilhança positivo:	N/I
Razão de verossimilhança negativo:	N/I
Razão de probabilidade de diagnóstico:	N/I
Observações:	