



AVALIAÇÃO

Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:	QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda
Nome Comercial:	Acro Biotech, INC 2019-nCoV IgG/IgM
Tipo de Tecnologia:	Imunocromatográfico anticorpos
Amostra:	
Fabricante:	ACRO BIOTECH INC.
País de Origem:	EUA
Sensibilidade:	IgG = 100% (Dias N/I) IgM = 85,0% (Dias N/I)
Especificidade:	98,0% (Dias N/I)
VPP (valor preditivo positivo):	N/I
VPN (valor preditivo negativo):	N/I
Acurácia:	IgG = 98,6% (Dias N/I) IgM = 92,9% (Dias N/I)
Bula do Teste:	https://testecovid19.org/wp-content/uploads/2018/10/Acro-Biotech-INC-2019-nCoV-IgG/IgM.pdf

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:	Soro
Quantidade de Amostras Analisadas:	IgG = 146 (de 7 a 14 dias) IgG = 124 (de 15 a 21 dias) IgG = 125 (> 21 dias) IgM = 147 (de 7 a 14 dias) IgM = 124 (de 15 a 21 dias) IgM = 123 (> 21 dias)
Sensibilidade:	IgG = 66,1% (de 7 a 14 dias) IgG = 91,2% (de 15 a 21 dias) IgG = 82,9% (> 21 dias) IgM = 52,6% (de 7 a 14 dias) IgM = 55,9% (de 15 a 21 dias) IgM = 42,4% (> 21 dias)
Especificidade:	IgG = 96,7% (de 7 a 14 dias) IgG = 96,7% (de 15 a 21 dias) IgG = 96,7% (> 21 dias) IgM = 92,2% (de 7 a 14 dias) IgM = 92,2% (de 15 a 21 dias) IgM = 92,2% (> 21 dias)

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

VPP (valor preditivo positivo):	IgG = 92,5% (de 7 a 14 dias)
	IgG = 91,2% (de 15 a 21 dias)
	IgG = 90,6% (> 21 dias)
	IgM = 81,1% (de 7 a 14 dias)
	IgM = 73,1% (de 15 a 21 dias)
	IgM = 66,7% (> 21 dias)
VPN (valor preditivo negativo):	IgG = 82,1% (de 7 a 14 dias)
	IgG = 96,7% (de 15 a 21 dias)
	IgG = 93,5% (> 21 dias)
	IgM = 75,5% (de 7 a 14 dias)
	IgM = 84,7% (de 15 a 21 dias)
	IgM = 81,4% (> 21 dias)
Acurácia:	IgG = 84,9% (de 7 a 14 dias)
	IgG = 95,2% (de 15 a 21 dias)
	IgG = 92,8% (> 21 dias)
	IgM = 76,9% (de 7 a 14 dias)
	IgM = 82,3% (de 15 a 21 dias)
	IgM = 78,9% (> 21 dias)
Razão de verossimilhança positivo:	IgG = 19,8 (de 7 a 14 dias)
	IgG = 27,4 (de 15 a 21 dias)
	IgG = 24,9 (> 21 dias)
	IgM = 6,8 (de 7 a 14 dias)
	IgM = 7,2 (de 15 a 21 dias)
	IgM = 5,5 (> 21 dias)
Razão de verossimilhança negativo:	IgG = 0,35 (de 7 a 14 dias)
	IgG = 0,09 (de 15 a 21 dias)
	IgG = 0,18 (> 21 dias)
	IgM = 0,51 (de 7 a 14 dias)
	IgM = 0,48 (de 15 a 21 dias)
	IgM = 0,62 (> 21 dias)
Razão de probabilidade de diagnóstico:	IgG = 56,5 (de 7 a 14 dias)
	IgG = 299,7 (de 15 a 21 dias)
	IgG = 140,2 (> 21 dias)
	IgM = 13,2 (de 7 a 14 dias)
	IgM = 15,0 (de 15 a 21 dias)
	IgM = 8,7 (> 21 dias)
Observações:	Atualizado em 19/08/20 às 15h40: Aumento do número de análises. *Grupo de amostras
	avaliadas como um todo, sem discriminar o número de dias após início dos sintomas.