

AVALIAÇÃO

SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:

Nome Comercial:

Tipo de Tecnologia:

Imunocromatográfico anticorpos

Amostra:

Fabricante:

Sugentech, INC

País de Origem:

Sensibilidade:

N/I

Especificidade:

N/I

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

Acurácia:

N/I

Bula do Teste:

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:

Soro

Quantidade de Amostras Analisadas:

N/I

Sensibilidade:

IgG = 58,33% (de 7 a 14 dias)
IgG = 58,33% (de 15 a 21 dias)
IgG = 100,00% (> 21 dias)
IgG = 83,93% (Todos os dias)
IgM = 66,67% (de 7 a 14 dias)
IgM = 83,33% (de 15 a 21 dias)
IgM = 92,31% (> 21 dias)
IgM = 83,93% (Todos os dias)

Especificidade:

IgG = 100,00% (de 7 a 14 dias)
IgG = 100,00% (de 15 a 21 dias)
IgG = 100,00% (> 21 dias)
IgG = 100,00% (Todos os dias)
IgM = 100,00% (de 7 a 14 dias)
IgM = 100,00% (de 15 a 21 dias)
IgM = 100,00% (> 21 dias)
IgM = 100,00% (Todos os dias)

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Acurácia: N/I

Razão de verossimilhança positivo: N/I

Razão de verossimilhança negativo: N/I

Razão de probabilidade de diagnóstico: N/I

Observações: