



AVALIAÇÃO

Wama Imuno-Rápido COVID-19 IgG/ IgM

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:

Nome Comercial:

Tipo de Tecnologia:

Imunocromatográfico anticorpos

Amostra:

Fabricante:

Wama Produtos para Laboratórios LTDA

País de Origem:

Sensibilidade:

N/I

Especificidade:

N/I

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

Acurácia:

N/I

Bula do Teste:

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:

Soro

Quantidade de Amostras Analisadas:

N/I

Sensibilidade:

IgG = 58,3% (de 7 a 14 dias)
 IgG = 72,2% (de 15 a 21 dias)
 IgG = 100,0% (> 21 dias)
 IgG = 82,1% (Todos os dias)
 IgM = 50,0% (de 7 a 14 dias)
 IgM = 55,6% (de 15 a 21 dias)
 IgM = 61,54% (> 21 dias)
 IgM = 57,1% (Todos os dias)

Especificidade:

IgG = 100,0% (de 7 a 14 dias)
 IgG = 100,0% (de 15 a 21 dias)
 IgG = 100,0% (> 21 dias)
 IgG = 100,0% (Todos os dias)
 IgM = 100,0% (de 7 a 14 dias)
 IgM = 100,0% (de 15 a 21 dias)
 IgM = 100,0% (> 21 dias)
 IgM = 100,0% (Todos os dias)

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Acurácia: N/I

Razão de verossimilhança positivo: N/I

Razão de verossimilhança negativo: N/I

Razão de probabilidade de diagnóstico: N/I

Observações: