PROGRAMA DE
AVALIAÇÃO DE KITS
PARA CORONAVÍRUS

AVALIAÇÃO

Teste Rapido Coronavírus Realy Tech

DADOS DO FORNECEDOR	
Empresa:	
Nome Comercial:	
Tipo de Tecnologia:	Imunocromatográfico anticorpos
Amostra:	
Fabricante:	Hangzhou Realy Tech Co., Ltd
País de Origem:	
Sensibilidade:	N/I
Especificidade:	N/I
VPP (valor preditivo positivo):	N/I
VPN (valor preditivo negativo):	N/I
Acurácia:	N/I
Bula do Teste:	

AVALIAÇÃO LABORATORIAL	
Material Analisado:	Soro
Quantidade de Amostras Analisadas:	N/I
Sensibilidade:	IgG = 62,5% (de 7 a 14 dias) IgG = 78,6% (de 15 a 21 dias) IgG = 86,7% (> 21 dias) IgG = 80,0% (Todos os dias) IgM = 100,0% (de 7 a 14 dias) IgM = 64,3% (de 15 a 21 dias) IgM = 66,7% (> 21 dias) IgM = 72,0% (Todos os dias)
Especificidade:	IgG = 100,0% (de 7 a 14 dias) IgG = 100,0% (de 15 a 21 dias) IgG = 100,0% (> 21 dias) IgG = 100,0% (Todos os dias) IgM = 100,0% (de 7 a 14 dias) IgM = 100,0% (de 15 a 21 dias) IgM = 100,0% (> 21 dias) IgM = 100,0% (Todos os dias)
VPP (valor preditivo positivo):	N/I
VPN (valor preditivo negativo):	N/I

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Acurácia:	N/I
Razão de verossimilhança positivo:	N/I
Razão de verossimilhança negativo:	N/I
Razão de probabilidade de diagnóstico:	N/I

Observações: