



## AVALIAÇÃO

### Teste Rápido Coronavírus Realy Tech

#### DADOS DO FORNECEDOR

##### Empresa:

Nome Comercial:

Tipo de Tecnologia:

Imunocromatográfico anticorpos

Amostra:

Fabricante:

Hangzhou Realy Tech Co., Ltd

País de Origem:

Sensibilidade:

N/I

Especificidade:

N/I

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

Acurácia:

N/I

Bula do Teste:

#### AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:

Soro

Quantidade de Amostras Analisadas:

N/I

Sensibilidade:

IgG = 62,5% (de 7 a 14 dias)  
 IgG = 78,6% (de 15 a 21 dias)  
 IgG = 86,7% (> 21 dias)  
 IgG = 80,0% (Todos os dias)  
 IgM = 100,0% (de 7 a 14 dias)  
 IgM = 64,3% (de 15 a 21 dias)  
 IgM = 66,7% (> 21 dias)  
 IgM = 72,0% (Todos os dias)

Especificidade:

IgG = 100,0% (de 7 a 14 dias)  
 IgG = 100,0% (de 15 a 21 dias)  
 IgG = 100,0% (> 21 dias)  
 IgG = 100,0% (Todos os dias)  
 IgM = 100,0% (de 7 a 14 dias)  
 IgM = 100,0% (de 15 a 21 dias)  
 IgM = 100,0% (> 21 dias)  
 IgM = 100,0% (Todos os dias)

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

**AVALIAÇÃO LABORATORIAL**

**Acurácia:** N/I

**Razão de verossimilhança positivo:** N/I

**Razão de verossimilhança negativo:** N/I

**Razão de probabilidade de diagnóstico:** N/I

**Observações:**