



AVALIAÇÃO

SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method)

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:**Nome Comercial:****Tipo de Tecnologia:**

Imunocromatográfico anticorpos

Amostra:**Fabricante:**

Changsha Sinocare Inc.

País de Origem:**Sensibilidade:**

N/I

Especificidade:

N/I

VPP (valor preditivo positivo):

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

Acurácia:

N/I

Bula do Teste:

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Material Analisado:

Soro

Quantidade de Amostras Analisadas:

N/I

Sensibilidade:Total = 100,0% (de 7 a 14 dias)
Total = 100,0% (de 15 a 21 dias)
Total = 100,0% (> 21 dias)
Total = 100,0% (Todos os dias)**Especificidade:**Total = 95,7% (de 7 a 14 dias)
Total = 95,7% (de 15 a 21 dias)
Total = 95,7% (> 21 dias)
Total = 95,7% (Todos os dias)**VPP (valor preditivo positivo):**

N/I

VPN (valor preditivo negativo):

N/I

Acurácia:

N/I

Razão de verossimilhança positivo:

N/I

Razão de verossimilhança negativo:

N/I

Razão de probabilidade de diagnóstico:

N/I

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Observações: