



## AVALIAÇÃO SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Test

### DADOS DO FORNECEDOR

**Empresa:**

**Nome Comercial:**

**Tipo de Tecnologia:**

Imunocromatográfico anticorpos

**Amostra:**

**Fabricante:**

Sugentech, INC

**País de Origem:**

**Sensibilidade:**

N/I

**Especificidade:**

N/I

**VPP (valor preditivo positivo):**

N/I

**VPN (valor preditivo negativo):**

N/I

**Acurácia:**

N/I

**Bula do Teste:**

### AVALIAÇÃO LABORATORIAL

**Material Analisado:**

Soro

**Quantidade de Amostras Analisadas:**

N/I

**Sensibilidade:**

IgG = 58,33% (de 7 a 14 dias)  
 IgG = 58,33% (de 15 a 21 dias)  
 IgG = 100,00% (> 21 dias)  
 IgG = 83,93% (Todos os dias)  
 IgM = 66,67% (de 7 a 14 dias)  
 IgM = 83,33% (de 15 a 21 dias)  
 IgM = 92,31% (> 21 dias)  
 IgM = 83,93% (Todos os dias)

**Especificidade:**

IgG = 100,00% (de 7 a 14 dias)  
 IgG = 100,00% (de 15 a 21 dias)  
 IgG = 100,00% (> 21 dias)  
 IgG = 100,00% (Todos os dias)  
 IgM = 100,00% (de 7 a 14 dias)  
 IgM = 100,00% (de 15 a 21 dias)  
 IgM = 100,00% (> 21 dias)  
 IgM = 100,00% (Todos os dias)

**VPP (valor preditivo positivo):**

N/I

**VPN (valor preditivo negativo):**

N/I

**AVALIAÇÃO LABORATORIAL**

**Acurácia:** N/I

**Razão de verossimilhança positivo:** N/I

**Razão de verossimilhança negativo:** N/I

**Razão de probabilidade de diagnóstico:** N/I

**Observações:**